

Eljárást megindító felhívás

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe:

Országos Sportegészségügyi Intézet (1123. Budapest, Alkotás u. 48., képviselő: Dr. Soós Ágnes főigazgató, tel: +36- 1-488-6100,+36-1-375-3292,e-mail: gazdig@osei.hu)

2. A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, a beszerzési műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények:

Határozott idejű , 3 hónapos adásvételi szerződés keretei között orvostechikai eszközök, sporteszközök beszerzése 11 részben az alábbiak szerint:

CPV: 33100000-1- orvosi felszerelések
37441900-0 Elliptikus gépek
37441300-4 Szobakerékpárok
37441200-3 Lépcsőzőgépek

- I. rész: Szemészeti eszköz 1 db
- II. rész: 12 elvezetési EKG: 3 db
- III. rész: Spinal - mouse : 1 db
- IV. rész: Csukló sebészeti Optika, Forgatható staf, Obturator tompa : 1 db
- V. rész: Elliptikus tréner: 1 db
- VI. rész: félautomata defibrillátor: 2 db
- VII. rész: Spirométer dózisadagoló gyógyszerporlasztóval: 1 db
- VIII. rész: sürgősségi táskák: 1 db
- IX. rész: Szobakerékpár: 2 db
- X. rész: Terhelési EKG: 1 db
- XI. rész: lépcsőzőgép: 1 db

Az eljárás fajtája: 2015. évi CXLI. tv., Harmadik rész, XVII. fejezet, 113.§ szerinti nemzeti eljárásrend, hirdetmény közzététele nélküli nyílt eljárás.

Mindenkit aki az érdeklődését az összefoglaló tájékoztató hirdetmény alapján jelezte fel kell hívni ajánlattételre, illetve amennyiben legalább 3 gazdálkodó szervezet nem jelezte az érdeklődését abban az esetben is minimum 3 gazdálkodó szervezetet fel kell hívni ajánlattételre. Irányadó jog: A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

Ajánlattételre jogosultak köre:

Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot akiknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, valamint azok a gazdasági szereplők, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. A gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, valamint akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást.

Az ajánlatkérő külön dokumentációt nem készít, az eljárást megindító felhívást közvetlenül küldi meg a kiválasztott gazdasági szereplők és az ajánlattételre jelentkező gazdasági szereplők részére.

3. A szerződés meghatározása: határozott idejű adás-vételi szerződés.

4. A szerződés időtartama: a szerződés hatályba lépésétől számított 3 hónap, mely alatt az eszközöket az Ajánlatkérő székhelyére le kell szállítani, üzembe kell helyezni, és a kezelőszemélyzetet be kell tanítani, aki maximum 4 fő részenként. A kezelőszemélyzetet az Ajánlatkérő jelöli ki. A betanításról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

5. A teljesítés helye: Országos Sportegészségügyi Intézet (1123 Budapest, Alkotás út 48.)

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozást:

Minden rész esetében:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Fizetés átutalással, magyar forintban történik, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint történik. Az eladó a teljesítésigazolás birtokában jogosult a számla kiállítására.. A teljesítési igazolást az ajánlatkérő szakmai képzettséggel és kompetenciával rendelkező képviselője vagy a gazdasági igazgatója előzetes igazolása alapján az ajánlatkérő főigazgatója adja ki. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. A pénzügyi teljesítéssel összefüggő egyéb feltételekre a vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadók. A kifizetésnél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § is alkalmazandó.

Fedezet EMMI támogatás az OSH részére és OEP finanszírozás amennyiben nem elegendő az EMMI támogatási összeg, rendelkezésre áll.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek minden rész esetében:

Késedelmi kötbér: Vevő késedelmes teljesítés esetére naptári naponként a szerződés nettó ellenértékének 1 %-a összegű késedelmi kötbért köt ki. Késedelmi kötbér - figyelemmel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően - abban az esetben érvényesíthető, amennyiben nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést és késedelmesen teljesít. A késedelmi kötbért Vevő maximum 5 naptári napra érvényesíti. Amennyiben a késedelmi kötbérrel sújtott naptári napok száma meghaladja az 5 napot, úgy Vevő súlyos szerződésszegésre hivatkozással jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani nyertes ajánlattevő írásbeli értesítése mellett.

Késedelmi kamat fizetési késedelem esetén a késedelem időtartama alatt érvényes Ptk. 6:155§ mértéke szerinti késedelmi kamat a késedelem időtartamára vetítve.

Hibás teljesítésre vonatkozó kötbér mértéke: minimum 150.000,-Ft/alkalom, maximum a szerződés nettó ellenértékének 5 %-a.

A kötbérfizetésen túlmenően ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a hibás teljesítéssel összefüggésben felmerült kártérítési követelés érvényesítésére. A hibás teljesítésre vonatkozó kötbér maximumának elérését követően az ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal megszüntetni.

Hibás teljesítési kötbérre való jogosultságot megalapozza, ha olyan okból történik a hibás teljesítés, melyért Eladó felelőssége vonható. Hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér együttesen nem alkalmazható.

Meghiúsulási kötbérre való jogosultságot megalapozza, ha az Eladónak felróható okból a szerződés ellehetetlenül és emiatt a szerződés nem teljesül, vagy az Eladónak felróható okból a Megrendelő egyoldalúan - szerződésszegésre hivatkozva - a szerződés hatályát megszünteti. A teljesítés megtagadása vagy az Eladó érdekkörében felmerült lehetetlenülés esetén, továbbá ha a Megrendelő a szerződéstől az Eladó szerződésszegő magatartása miatt eláll, az Eladót meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség terheli. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés nettó összértékének 20%-a.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek alkalmazásának részleteit a szerződéstervezet tartalmazza.

7. Az ajánlatok bírálati szempontja: Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja, a legjobb ár szempontja szerint értékeli az ajánlatkérő az ajánlatokat részenként.

8. Jogi alkalmassági szempontok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § vagy a Kbt. 63. § szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.

A megkövetelt igazolási mód:

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-16. § rendelkezései szerint kell igazolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § és 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, sem kizáró ok hatálya alá tartozó kapacitást biztosító gazdasági szereplőt. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a Rendelet 13. §-a alapján, , abban az esetben az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell az Ajánlattevőknek az ajánlatba.

9. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P.1. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 19. § (1) bek. a) pontja alapján valamennyi - az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 1 évre vonatkozó - pénzforgalmi számlájáról, melynek kötelezően tartalmaznia kell (attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) a számla számát, a megnyitás dátumát, továbbá azt, hogy számláján/számláin az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 1 évben 30 napot meghaladó sorba állítás volt-e (a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint).

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (7) - (9) bekezdései.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat szerint bármelyik pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 1 évben 30 napot meghaladó sorba állítás volt.

Az Ajánlattevőknek elegendő az ajánlatba nyilatkozni arról, hogy a P.1. alkalmassági feltételnek megfelel. A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérésre a pénzügyi nyilatkozatot csatolni kell.

10. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

M. 1. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (3) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb értékesítéseiről (adott rész tárgyával megegyező) a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésre tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására. A referencia-nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassága megállapítható legyen, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - legalább év és hónap - megjelölésével), továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt.

Az Ajánlattevőknek elegendő az ajánlatba nyilatkozni arról, hogy a M.1. alkalmassági feltételnek megfelel.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (7) - (9) bekezdései.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M. 1. Alkalmatlan az ajánlattevő ha nem rendelkezik

- I. rész: Szemészeti eszköz esetében nettó 500.000,- Ft
- II. rész: 12 elvezetési EKG esetében nettó 700.000,- Ft
- III. rész: Spinal mouse esetében nettó 1.900.000,- Ft
- IV. rész: Csukló sebészeti Optika, Forgatható staf, Obturator tompa esetében nettó 700.000,-Ft
- V. rész: Eliptikus tréner esetében nettó 90.000,- Ft
- VI. rész: félautomata defibrillátor esetében nettó 420.000,- Ft
- VII. rész: Spirométer dózisadagoló gyógyszerporlasztóval esetében nettó 400.000,- Ft
- VIII. rész: sürgősségi táskák esetében nettó 200.000,- Ft
- IX. rész: Szobakerékpár esetében nettó 100.000,- Ft
- X. rész: Terhelési EKG esetében nettó 450.000,- Ft
- XI. rész: lépcsőzőgép: nettó 80.000,- Ft

A megadott érték több szerződésből is teljesíthető.

11. Ajánlattevő által az ajánlatba csatolandó dokumentumok:

- A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. (Kbt. 44.§)
- Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot, információt.
- Tartalomjegyzék csatolása kötelező, oldalszámokkal ellátva.
- Az ajánlattevőnek, nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy mely pénzügyi intézeteknél vezeti/vezette számláit a vizsgált időszakban.
- Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak szerint eredetiben.
- Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni.
- A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a papír alapú ajánlati példányban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál, pl. garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat. Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
- Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be. Az idegen nyelvű iratokat felelős magyar fordításban is csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírva. Az idegen nyelvű iratokat felelős magyar fordításban is csatolni kell, figyelemmel a Kbt. 47. § (2) bekezdésére. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviselőjére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
- Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviselőjére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviselőre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviselőre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. A meghatalmazást a meghatalmazottnak is alá kell írnia.
- Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Be kell csatolni a közös ajánlattevők megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében.
- Amennyiben az ajánlattevő tekintetében cégbíróság előtt változásbejegyzési eljárás van folyamatban, abban az esetben az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemlegességről is csatolni kell nyilatkozatot az Ajánlattevőknek az ajánlatba.
- Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy a jelen eljárást megindító felhívás 9. és 10. pontokban foglalt alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők névjegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, így a minősített ajánlattevőknek a Közbeszerzési Hatóság által kiadott határozaton

túl – az igazolásban nem érintett területekre vonatkozóan – az ajánlati dokumentációban megnevezett dokumentumokat ajánlatukhoz csatolniuk kell [Rendelet 20. § (4) bekezdés].

- Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a jelen felhívásban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.

- Az ajánlatban nyilatkozni kell az ajánlat papír alapú eredeti és elektronikus példányának egyezőségéről.

- Amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti ajánlattevő a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján igazolta a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, abban az esetben az ajánlatkérő és a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. § szerinti kezességi szerződés jön létre olyan módon, hogy a fentiek szerinti írásbeli kezességvállalásnak az ajánlatkérő általi elfogadásáról a kezességet vállaló személyt (szervezetet) értesíti az ajánlatkérő. Erre tekintettel a kezességet vállaló köteles az ajánlatban megadni székhelyét (postacímét), telefonszámát, faxszámát, e-mail címét.

- Ajánlattételi táblázat csatolása az adott részre kötelező az ajánlatban.

- Az ajánlattevő az ajánlatában köteles csatolni a megajánlott eszköz műszaki leírását, melyből megállapítható a szakmai elvárásoknak való megfelelés és az ajánlattételi táblázat elemeit tartalmazza.

- Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozatot kell csatolni arra vonatkozóan, hogy forgalmazási jogosultsággal rendelkezik.

- Az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatában a megajánlott eszköz forgalomba hozatali engedélyét másolatban.

- Csatolandó az eljárás megindító felhívás 8. pontja szerinti dokumentum.

A felhívásra csatolandó dokumentumok (Kbt. 69. § (4) bek).

-Az eljárást megindító felhívás 9., 10. pontja szerinti dokumentumok.

12. Az ajánlatok formai követelményei:

A borítékokat a következő felirattal minimum el kell ellátni:

„OSH eszközök 2016”

AZ AJÁNLTATTÉTELI HATÁRIDŐ LETELTÉIG TILOS FELBONTANI!

Az ajánlatot cégszerűen aláírva, 1 eredeti példányban és 1 példányban elektronikus adathordozón (amelynek meg kell egyeznie a papíralapon benyújtott ajánlattal), a Kbt. szerint, zárt csomagolásban kell benyújtani. Az ajánlatok elektronikus adathordozón benyújtott példánya tekintetében ajánlatkérő előírja, hogy azt jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file-ben kell elkészíteni. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. Amennyiben a papír alapú ajánlati példány, és az elektronikus adathordozón benyújtott példány között eltérés van, úgy a papír alapon benyújtott példány az irányadó. A benyújtott ajánlati példány borítólapján fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, székhelyét, a jelen eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy nevét, telefon- és faxszámát, továbbá e-mail címét.

13. A hiánypótlás lehetősége: Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási lehetőséget biztosít.

14. Az ajánlattételi határidő: 2016. december 20. 9.00 óra

15. Az ajánlat benyújtásának címe: Az ajánlatkérő székhelye, 1123 Budapest, Alkotás u. 48. gazdasági igazgatói titkárság IV. épület fsz. Leadható munkanapokon: 9-14.00 óra között, az ajánlattételi határidő utolsó napján 8-9.00 óra között.

A benyújtott ajánlatok átvétele:

Az ajánlatkérő képviselője a személyesen eljuttatott ajánlatok átvételéről elismervényt ad. Az ajánlattételi határidő után - akár egy perccel is - érkezett ajánlatokat az ajánlatkérő a Kbt. előírásai szerint jár el. A határidő mulasztás okát az ajánlatkérő nem vizsgálja. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlati felhívásban megadott határideig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő összes kockázat az ajánlattevőt terheli.

16. Az ajánlattétel nyelve: magyar, más nyelven nem nyújtható be érvényesen semmilyen irat, sem ajánlat.

17. Az ajánlat(ok) felbontásának helye: Az ajánlatkérő székhelye, 1123 Budapest, Alkotás u. 48. gazdasági igazgatói titkárság, IV. épület fsz.

Felbontás ideje: 2016. december 20. 9.00 óra

A felbontáson jelenlétre jogosultak:

Kbt. 68. § szerint.

18. Annak meghatározását, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el: Az ajánlatkérő tárgyalást nem tart.

19. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: Ajánlatkérő a Kbt. 79.§ (2) bekezdés szerinti összegezés megküldésével hirdet eredményt, az ajánlati kötöttség időtartamán belül.

20. Részajánlat tételi lehetőség: van, az alábbi részek bármelyikére, az adott rész teljes mennyiségére lehet érvényesen ajánlatot tenni:

- I. rész: Szemészeti eszköz: 1 db
- II. rész: 12 elvezetési EKG: 3db
- III. rész: Spinal mouse : 1 db
- IV. rész: Csukló sebészeti Optika, Forgatható staf, Obturator tompa : 1 db
- V. rész: Eliptikus tréner: 1 db
- VI. rész: félautomata defibrillátor: 2 db
- VII. rész: Spirométer dózisdagoló gyógyszerporlasztóval: 1 db
- VIII. rész: sürgősségi táskák: 1 db
- IX. rész: Szobakerékpár: 2 db
- X. rész: Terhelési EKG: 1 db
- XI. rész: lépcsőzőgép: 1 db

Egy ajánlattevő egy, több vagy akár minden részre is tehet érvényes ajánlatot, az adott rész teljes mennyiségére.

21. Alternatív ajánlat tételi lehetőség: nincs.

22. Specifikáció:

I. rész:

1 db AUTOMATA REFRAKTO-KERATOMÉTER

Elvárt minimum paraméterek, funkciók	
Részegység, jellemző megnevezése	Ajánlott paraméter
Folyamatos cornea görbület és refrakció mérés	
REF mód	
KER mód	
CLBC mód	
Refraktometria	
Szférikus mérési tartomány min. -25D-től +22D-ig	
Cilindrikus mérési tartomány min. -10D-től, +10 D-ig	
Tengely 0° ~ 180°-ig	
PD mérési tartomány min. 10 mm-75 mm-ig	
Minimális pupilla átmérő 2mm	
Keratometria	
Bázisgörbület min. 5,0mm-től 10,2 mm-ig	
Cornea törőerő min. 33,00D- től 67,50D-ig	
Cornea asztigmia min. 0,00D- től -15,00 D-ig	
Tengely 0° ~ 180°-ig	
Egyéb	
Cornea átmérő mérése min. 2 mm-től 12 mm-ig	
Legalább 5 mérési eredmény tárolása	
Beépített nyomtató	
Könnyen kezelhető	
Álltámasz	

II. rész:

3 db 12 elvezetéses EKG

Kért darabszám:	3 db
Az ajánlott készülék típusa:	
A gyártó megnevezése:	

Minimum paraméter megnevezése	Elvárás	Ajánlott paraméter megnevezése
12 standard elvezetés szimultán mérése	Igen	

Hordozható / mobil kivitel	Igen	
EKG készülék súlya max. 1,3 kg	Igen, kérjük megadni	
Hálózati és akkumulátoros működés, intelligens gyorstöltő	Igen	
Akkumulátorról történő folyamatos működési idő, monitorozás üzemmódban min. 6 óra	Igen, kérjük megadni	
Hálózatról történő működtetés lemerült akkumulátor esetén is	Igen	
Beépített hőíró nyomtató	Igen	
Egyidejűleg nyomtatható csatornák száma min. 3 csatorna	Igen, kérjük megadni	
Nyomtató papír szélessége min. 80 mm	Igen, kérjük megadni	
A4 formátumú nyomtatás lehetősége PC-n keresztül	Igen	
3 csatorna egyidejű monitorozására alkalmas LCD monitor	Igen	
3 csatorna + 1 ritmusgörbe egyidejű monitorozására alkalmas LCD monitor	Igen	
Automatikus és manuális elvezetés váltás	Igen	
Beépített belső memória, min. 20 diagnosztizált EKG görbe tárolása alkalmas	Igen, kérjük megadni	
Számítógéphez való csatlakozás lehetősége 12 csatornás online monitorozással	Igen	
Korlátlan számú EKG felvétel tárolása PC-n	Igen	
Innibase szoftverrel kommunikáljon	Igen	
Menüvezérelt kezelés	Igen	
Beépített óra és naptár	Igen	
Diagnózis program	Igen	
Ritmusanalízis eseményre triggerelt nyomtatással	Igen	
Tartozékok készülékenként		
Defibrillátor védett páciens kábel, pulsz tartozékkészlet1 garnitúra:	Igen	Igen. Defibrillátor védett páciens kábel és tartozékkészlet: 1 db

1 db pácienskábel 6 db mellkasi szívó-, 4 db végtagi csipeszes elektróda		pácienskábel, 6 db mellkasi szívó-, 4 db végtagi csipeszes elektróda.
EKG gél, 1 tubus	Igen	Igen. EKG gél 1 tubus (260g)
Hőpapír, 2 db	Igen	Igen. Hőírópapír 2 db
EKG hordtáska (amiben a készüléken kívül a tartozékok is elférnek)	Igen	Igen. EKG hordtáska (amiben a készüléken kívül a tartozékok is elférnek)
PC-s program (korlátlan számú EKG tárolására és adatbázis-kezelésre alkalmas) a szükséges tartozékokkal	Igen	Igen. PC-s program (korlátlan számú EKG tárolására és adatbázis-kezelésre alkalmas) a szükséges tartozékokkal.

III.rész:1 db Spinal Mouse

Kért darabszám:	1db
Az ajánlott készülék típusa:	
A gyártó megnevezése:	

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
A készülék méri: a háti és ágyéki gerincgörbületeket, gerincferdülést	Igen	
A készülék méri: a két csigolya közti szegmentális szögeket és a változásokat (ROM – Range of Motion)	Igen	
A készülék méri: a törzsdőlést és a keresztcsont vagy medencebillenést is	Igen	
A mérések lényegi része, hogy nemcsak statikus, álló pozícióban végezhetőek el, de funkcionális (előre-, hátradőlés) és terhelt helyzetben (Matthias teszt súlykitartással) is készíthetők mérések	Igen	
Sugárterhelést nélküli méréssel kapunk adatokat a gerincről	Igen	
A mérés menete: hogy a kézbe fogható "egérre hasonlító" mérőműszer kilógó görgőit (2db görgő) a páciens hátán a nyak aljától elkezdve végiggurítja a gerincen egészen a keresztcsont aláig	Igen	
A mérőműszer Bluetooth kapcsolattal kommunikál és adja át az adatokat a PC- nek	Igen	

Főbb elemek, mérőműszer, dokkoló, Bluetooth adapter	Igen, Kérjük megadni	
Használhatóság: +10°C és +40°C között	Igen, Kérjük megadni	
Mérőműszer adatai:		
Mérete: max 145x110x52 mm	Igen, Kérjük megadni	
Súlya elemmel: max.220g	Igen, Kérjük megadni	
Adatgyűjtés: 2 adat pont/mm, min: 400 minta 0,2 m/sec sebességnél	Igen, Kérjük megadni	
Az érzékelők szögfelbontás érzékenysége max. ±0.2 fok	Igen, Kérjük megadni	
Áram ellátás: 2db AA elem vagy akkumulátor	Igen	

IV. rész:

1 db Csukló sebészeti Optika, Forgatható staf, Obturator tompa

Kért darabszám:	1 db
Az ajánlott készülék típusa:	
A gyártó megnevezése:	

Minimum paraméter megnevezése	Elvárás	Ajánlott paraméter megnevezése
30° -os Hopkins típusú optika	Igen	
Optika átmérője max.: 2,5mm	Igen, kérjük megadni	
Optika hossza max.: 10,5cm	Igen, kérjük megadni	
Optika többszörhasználatos autoklávozható	Igen	
Storz üvegszálas csatlakozóval kompatibilis az optika	Igen	
A forgatható 2 csapos staf, kompatibilis az optikával és a obturátorral	Igen,	
Forgatható staf átmérője max 4,2mm	Igen, kérjük megadni	
Forgatható staf munkahossza 7,5cm	Igen	
Obturator tompa végű	Igen	

V. rész**1 db Elliptikus tréner**

Kért darabszám:	1db
Az ajánlott készülék típusa:	
A gyártó megnevezése:	

Minimum paraméter megnevezése	Elvárás	Ajánlott paraméter megnevezése
Kézi vezérléssel állítható ellenállás	Igen	
Háttérvilágítással rendelkező kijelző	Igen	
Edzéshez beállítható cél értékek	Igen	
Pulzusmérés kézi pulzusvevő	Igen	
Férendszer mágneses	Igen, kérjük megadni	
Lendkerék tömege max. 12kg	Igen, kérjük megadni	
Méret max.: 138x71x168cm	Igen, kérjük megadni	
Terhelőség min. 110kg	Igen, kérjük megadni	

VI. rész**2 db félautomata defibrillátor**

Kért darabszám:	2 db
Az ajánlott készülék típusa:	
A gyártó megnevezése:	

Minimum paraméter megnevezése	Elvárás	Ajánlott paraméter megnevezése
AED félautomata mód	Igen,	
Bifázisos működés	Igen	
Energia szint min. 200J	Igen, kérjük megadni	
Két sokkolás közötti töltési idő max 23mp	Igen, kérjük megadni	
Automatikus napi teszt	Igen	
Magyar nyelvű hangutasítások	Igen	
Akkumulátoros működés minimum 200 sokk vagy 4 óra üzemidővel	Igen, kérjük megadni	
Beépített IrDA port az adatkommunikációhoz	Igen,	
Alaptartozékok: hordáska, 1pár felnőtt elektróda, 1db	Igen, kérjük megadni	

akkumulátor, 1 db magyar nyelvű használati utasítás		
Súly max. 2,5kg	Igen, kérjük megadni	

VII. rész

1 db Spirométer dózisadagoló gyógyszerporlasztóval

Kért darabszám:	1 db
Az ajánlott készülék típusa:	
A gyártó megnevezése:	

Minimum paraméter megnevezése	Elvárás	Ajánlott paraméter megnevezése
Spirométer		
PC alapú spirométer, mozgó alkatrészt nem tartalmaz, a légzési térfogatok és sebességek meghatározása.	Igen	
Mérési szolgáltatások: - Forszírozott ki- és belégzés mérése - Statikus vitálkapacitás mérése - Maximális akaratlagos légzés mérése	Igen, kérjük megadni	
Referenciaérték számító algoritmusok: - ECCS, Cotton & Dust, Crapo HSU, Knudson, Finn, Svéd	Igen, kérjük megadni	
Paciens adatok és mérési eredmények tárolása	Igen	
Trendanalízis	Igen	
Szabadon definiálható nyomtatott lelet	Igen	
Áramlásmérő: - Mozgó alkatrészt nem tartalmaz - Fűtést nem igényel - Párásodásra érzéketlen - Áramlásmérés tartománya min ± 17 l/s - Áramlásmérés pontossága ± 2 % vagy 50 ml/s - Holttér 36 ml	Igen, kérjük megadni	
Térfogatmérés pontossága ± 2 % vagy 50 ml	Igen, kérjük megadni	

A spirométer USB porton keresztül kapcsolódik a PC-hez, külső tápfeszültséget nem igényel	Igen, kérjük megadni	
Mérési üzemmódok, számított paraméterek és megjelenített grafikonok: -FVC, FEV*0,5, FEV*1,0, FEV*0,5/IVC, FEV*0,5/FVC, FEV*1,0/IVC, FEV*1,0/FVC, PEF, FEF*25-75%, PIF, MEF*75%, FET, MTT, FIVC, FIV*0,5, - IVC, IRV, ERV, TV, SVC - MVV, MVV*f	Igen, kérjük megadni	
Dózisadagoló gyógyszerporlasztó		
A dózisadagoló gyógyszerporlasztó PC-bázisú spirométerrel rendszerbe integrálható	Igen	
A dózisadagoló gyógyszerporlasztó diagnosztikai célja: a belélegzett hatóanyag függvényében a légzésfunkciós paraméterek változásának követése	Igen	
Porlasztási eljárás: - Szűk részecske spektrumú mechanikus porlasztás, beépített kompresszorral	Igen	
Légzésfázis vezérelt porlasztás, tehát porlasztás csak belégzéskor történik, kilégzéskor szünetel	Igen	
Provokáció és broncholízis teljes támogatása	Igen	
Konstans koncentrációjú és hígítási sorral történő mérésorozat teljes támogatása	Igen	
A hatóanyag kritikus mennyiségének belégzése után további porlasztás nem lehetséges	Igen	
A kilégzés baktérium- és víruszűrőn keresztül illetve gyűjtőzsákba történik, így a	Igen	

környezetbe hatóanyag nem kerülhet ki		
Porlasztási teljesítmény és részecske méret: - 0,12 mg/perc @ 1,2 mikron 90% - 0,35 mg/perc @ 3,5 mikron 90%	Igen, kérjük megadni	
Beépített kompresszor, min 8 l/s hozam 2,5 bar nyomás mellett	Igen, kérjük megadni	
A dózisadagoló gyógyszerporlasztó méretei (páciens körnélkül): max Magasság: 115mm Szélesség: 170mm Mélység: 260mm	Igen, kérjük megadni	
Tápfeszültség, 230 VAC 50 Hz	Igen	

VIII. rész

1 db sürgősségi táska

Kért darabszám:	1 db
Az ajánlott készülék típusa:	
A gyártó megnevezése:	

Minimum paraméter megnevezése	Elvárás	Ajánlott paraméter megnevezése
Olyan sürgősségi hátizsák mely tartalmazza az alábbi termékeket: 1db 2 literes oxigén palack + reduktor 1db kézi váladékszívó 1db szájterpesztő 1db szilikon lélegeztető ballon + 2db száj maszk felnőtt és gyermek méretben 1db nyelvfogó 1db olló sebészeti, 1db kötszervágó olló 1db magill fogó 1db oxigén maszk összekötőcsővel	Igen kérjük megadni	

1db Laringoszkóp plastic készlet min 3 lapoccal 1db Pupilla lámpa 1db Pulzoxyméter újra csíptethető 3db leszívó katéter 3db trachea tubus 3db guedel tubus 1db nyak rögzítő 1db Spint törésrögzítő 1db órás vérnyomásmérő 1csom fa nyelvlapoc 1db fertőtlenítő spray		
--	--	--

IX. rész

2 db Szobakerékpár

Kért darabszám:	2 db
Az ajánlott készülék típusa:	
A gyártó megnevezése:	

Minimum paraméter megnevezése	Elvárás	Ajánlott paraméter megnevezése
Fékrendszer mágneses (motor-vezérelt)	Igen,	
Hajtásrendszer bordás szíjjal	Igen,	
Lendkerék max. 10 kg	Igen, kérjük megadni	
Max. súly terhelés min. 118kg	Igen, kérjük megadni	
Tápegység 230V-ra csatlakoztatható	Igen,	
Méret max 100x70x160cm	Igen, kérjük megadni	
Edzés vezérlés rpm függő	Igen,	
Edzési tartomány 1-16 (számítógép vezérelt)	Igen, kérjük megadni	

X.rész:

1 db Terheléses EKG rendszer kerékpárral

Kért darabszám:	1 db
Az ajánlott készülék típusa:	
A gyártó megnevezése:	

Minimum paraméter megnevezése	Elvárás	Ajánlott paraméter megnevezése
EKG monitorozás 12 csatornán, illetve szabadon választható elvezetés kombinációban. 8,16 vagy 32 másodperces EKG görbeszakaszok tárolása.	Igen	
EKG vonalzó: mérés manuálisan markerek segítségével. Interpretáció, automatikus paraméterszámítás, diagnózisjavaslat.	Igen	
Régi és új eltárolt EKG felvételek összehasonlítása	Igen	
Illeszkedés kórházi/orvosi adatbázis kezelő rendszerekhez, páciens adatok automatikus átvétele, EKG leletek átadása	Igen	
A programba beépített lehetőség EKG felvételek email-ben történő küldésére és fogadására	Igen	
Hosszú idejű nyugalmi EKG felvételek tárolása. A hosszú idejű felvételek HRV analízise	Igen	
Terheléses számítógépes szoftver	Igen	
Kerékpár ergométer	Igen	
Kerékpár ergométer Műszaki specifikáció		
ellenállás: Min 30-400watt-ig szabályozható	Igen, kérjük megadni	
Lendkerék: min 7,8 kg	Igen, kérjük megadni	
Fékkrendszer: elektromágneses indukciós fék	Igen,	
PC csatlakozó - USB	Igen,	
LCD-kijelző izzadságálló fólia billentyűzettel	Igen	
Teherbírása: min 145 Kg	Igen, kérjük megadni	
EKG Műszaki specifikáció		
Páciensvédelem: Lebegő föld (IEC-601, BF típusú)		
Érintésvédelem: Class II.		
Defibrillátor elleni védelem: 5 kV (max.1kV/microsec)		
Felbontás: 24 bites A/D		
Mintavétel: 4000/s csatornánként		

Bemeneti ellenállás: 10 Mohm		
CMRR: > 120 dB		
Szűrők: 150 Hz low pass (hardver, állandó), 50, 100, 200 Hz (szoftver, kapcsolható), 60, 120 Hz (szoftver, kapcsolható), 35 Hz (szoftver izomzaj szűrő, kapcsolható) Nullvonal ingadozás „spline” szoftver szűrő terheléshez(kapcsolható)		
Linearitási hiba: < 0.5 %, < 1/2 LSB		
CPU 32 bites RISC processzor		
Polarizációs feszültség: 400 mV		
Tápellátás +5 V - 100 mA, USB porton keresztül		
Pácienskábel: Standard 10 elvezetéses		
Interfész USB port		

XI.rész:

1 db lépcsőzőgép

Kért darabszám:	1 db
Az ajánlott készülék típusa:	
A gyártó megnevezése:	

Minimum paraméter megnevezése	Elvárás	Ajánlott paraméter megnevezése
Kis helyet foglal és bárki könnyen tudja használni	Igen,	
Az ellenállás egyénileg állítható a hidraulikus teleszkópok segítségével.	Igen	
Edzőeszköz a szív- és érrendszer fejlesztéséhez, illetve az ülő- és lábizmok edzéséhez	Igen	
Edzőkomputere min 5 funkcióval és célérték beállításokkal van feltöltve	Igen, kérjük megadni	
Méret (H x Sz x M cm-ben): max 100 x 90 x 170	Igen	
Terhelhetőség: min: 105kg	Igen, kérjük megadni	

Amennyiben az ajánlatkérő pontos terméktípust vagy beazonosításra alkalmas adatot ad meg, az csak a minőségmeghatározás érdekében történik, az azzal egyenértékű paramétert az ajánlatkérő elfogadja.

Az ajánlatkérő abban az esetben is elfogad egyenértékű ajánlatokat, ha a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet 46.§. (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia.

23. Szerződés: adás-vételi szerződés határozott időtartamra (3 hónap), rögzített árakkal a szerződés időtartamára, a melléklet szerinti feltételek alapján kerül megkötésre, az ajánlati kötöttség időtartama alatt részenként.

Ajánlati kötöttség időtartama: a 320/2015. (X.30) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzésre tekintettel az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.

24.A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott: nem.

25. Egyéb információ:

Az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben a második legkedvezőbb Ajánlattevőt az eljárást lezáró összegezésben megnevezi.

A teljes közbeszerzési dokumentumot elektronikus úton elérheti térítésmentesen valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő Ajánlatkérő honlapján jelen eljárás tárgyának megnevezése pont alatt (www.osei.hu/ közérdekű adatok / gazdálkodási adatok) A közbeszerzési dokumentum letöltését követően ajánlatkérő kéri, hogy érdeklődő gazdasági szereplő a letöltés tényéről tájékoztassa Ajánlatkérőt a gazdig@osei.hu e-mail címen az esetleges kiegészítő tájékoztatások megküldése végett.

Az ajánlattevők és az ajánlatkérő között a közbeszerzési eljárással kapcsolatban minden kommunikáció írásban, elsődlegesen elektronikus úton történik. Ennek érdekében az ajánlattevőnek a felolvasólapon meg kell adnia az elektronikus levelezési címét.

Üzleti titok:

A Kbt. 44. § (1) szerint a gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,

c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat,

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben

meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadály a üzleti titokká nyilvánításnak.

(3) A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

(4) Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.

Kiegészítő tájékoztatás: A Kbt.114.§ (6). bek. szabályai szerint lehet kiegészítő tájékoztatást kérni az ajánlattevőknek az ajánlatkérőtől. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban részvételre jelentkező vagy ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől az alábbi formában:

A tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő a jelen felhívásban megadott elérhetőségre közvetlenül benyújtott vagy postai kézbesítéssel küldött levélben vagy telefaxon (vagy a Kbt. 41. § (4) bekezdésének megfelelő elektronikus úton) fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az ajánlatkérőhöz.

Címzett: Kissné Velekei Mária gazdasági igazgató
E-mail: gazdig@osei.hu

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.osei.hu

A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, az ajánlattételi határidő előtt ésszerű időben kell megadni.

Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projektársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az Ajánlattevőt terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül az Ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel kapcsolatban.

Az ajánlatkérő külön dokumentációt nem készít.

Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges egyéb pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a különböző devizák forintba történő átszámításával összefüggésben a felhívás megküldésének napján a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, árbevétel tekintetében az érintett év, beszámoló évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében, az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.

Hivatkozva a Kbt. 81. § (11) bekezdésére ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az eljárást folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.

26. Az eljárást megindító felhívás megküldésének napja: 2016. december 09.

Ajánlattételükre számítunk!

Budapest, 2016. december 09.



Dr. Soós Ágnes
főigazgató főorvos

MELLÉKLETEK

1sz. melléklet

SZERZŐDÉS TERVEZET

minden részre

mely létrejött egyrészről a **Országos Sportegészségügyi Intézet** (1123 Budapest, Alkotás u. 48. képviselőjében: dr. Soós Ágnes főigazgató, adó száma:), mint **Vevő** (a továbbiakban: Vevő) másrészről a(székhelye:Cg.:.....,képviselőjében:), mint **Eladó** (a továbbiakban: Eladó) együttesen említve: **Felek** között a mai napon az alábbi tartalommal:

1. A szerződés tárgya és a teljesítés műszaki tartalma:

A Vevő 201.....-n nemzeti eljárásrend 113.§ (1) bekezdés szerinti összefoglaló tájékoztató közzétételével induló közbeszerzési eljárást indított, melynek tárgya:

.....db..... szállítása, üzembe helyezése, max 4 fő személyzet betanítása, a jelen szerződés melléklete szerinti specifikációs tartalommal. Jelen szerződés elválaszthatatlan melléklete az eljárást megindító felhívás, az Eladó ajánlata, melynek része a megajánlott eszköz műszaki leírása.

Az eljárás nyertese a rész esetében az Eladó lett.

2. Az ellenérték:

nettó.....Ft+ 27% ÁFA, azaz bruttó.....Ft/db

összesen nettó.....Ft+ 27% ÁFA, azaz bruttó.....Ft

3. A szerződés teljesítésének határideje:

A jelen szerződés az aláírással lép hatályba és 3 hónap időtartamra szól.

4. A szerződést alkotó dokumentumok:

A szerződés és az alábbiakban felsorolt, egymástól el nem választható dokumentumok melyek a szerződés mellékletét képezik – csak együtt érvényesek

- 1. sz. melléklet – eljárást megindító felhívás
- 2. sz. melléklet – Eladó ajánlata
- 3.sz. melléklet - eszköz specifikáció

5. Eladó teljesítése

Eladó a szerződés megkötését követően 1 hónapon belül köteles a megajánlott eszközöket szállítani a Vevő székhelyére, a Vevő által kijelölt helyre. A teljesítés igazolására a Vevő főigazgatója jogosult.

6. Szerződéses árak

Az árak a teljes ellenértéket tartalmazzák, egyéb költség nem számolható el.

7. Fizetési feltételek

Bedri

2

A Vevő előleget nem fizet.

Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint történik. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint.

A nyertes ajánlattevő szerződésszerűen és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott számlájának kiegyenlítése az elfogadott és leigazolt teljesítést követően történik. A fizetési határidő a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján a számla kézhezvételét követő 30. naptári nap.

Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk. szabályai szerint kerül meghatározásra.

A pénzügyi teljesítéssel összefüggő egyéb feltételekre a vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadók.

Egyéb vonatkozó jogszabályok: 2007. évi CXXVII. törvény, 2003. évi XCII. törvény 36/A. §.

Késedelmes fizetés esetén a Vevőt terhelő késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat mértékével egyezik meg.

A kifizetés feltétele a Vevő jelen okirat szerinti képviselője – főigazgató - által kiadott teljesítési igazolás.

A Eladó tudomásul veszi, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

A Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és az Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

8. A szerződés módosítása

A felek a szerződést csak írásban, kétoldalú és cégszerűen aláírt megállapodással módosíthatják.

Szerződés módosítására csak a Kbt. szabályai szerint van lehetőség.

9. Eladó közreműködői

A Eladó alvállalkozó igénybevétele esetén felel azokért a károkért is, amelyek e nélkül nem következtek volna be. Egyébként az alvállalkozó magatartásáért az Eladó úgy felel, mint a sajátjáért. Eladót a szerződésben rögzített kötelezettségei és felelőssége alól alvállalkozó igénybevétele semmilyen módon nem mentesíti.

10. Kapcsolattartás

Eladó és Vevő a rendszer határidőre és megfelelő minőségben történő megvalósítása érdekében kötelesek együttműködni.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban, az alábbiakban felsorolt személyek jogosultak eljárni.

Vevő nevében a szerződés teljesítése során eljáró személyek

Név:

e-mail cím:

Telefon:

Fax

Eladó nevében a szerződés teljesítése során eljáró személyek

Név:

e-mail cím:

Bedli 7

Telefon:

Fax

Felek nyilatkozataikat egymással írásban kötelesek közölni (ajánlott levél, telefax, építési szerelési napló).

11. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: Vevő késedelmes teljesítés esetére naptári naponként a szerződés nettó ellenértékének 1 %-a összegű késedelmi kötbért köt ki. Késedelmi teljesítési kötbér - figyelemmel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően - abban az esetben érvényesíthető, amennyiben nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A késedelmi kötbért Vevő maximum 5 naptári napra érvényesíti. Amennyiben a késedelmi kötbérrel sújtott naptári napok száma meghaladja az 5 napot, úgy Vevő súlyos szerződésszegésre hivatkozással jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani nyertes ajánlattevő írásbeli értesítése mellett.

Hibás teljesítési kötbér: minimum 150.000,- Ft/alkalom (bírálati szempont) maximum a teljes szerződéses nettó ellenérték 5%-a. Hibás teljesítési kötbér - figyelemmel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően - abban az esetben érvényesíthető, amennyiben nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A maximum érték elérését követően a megrendelő a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására lesz jogosult, és meghiúsulási kötbér érvényesítésére. Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az Eladóval szemben. Ajánlatkérő az Eladó tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát érvényesítheti az Eladóval szemben, ha az bizonyítottan Eladó hibájából keletkezett.

Késedelmi kamat fizetési késedelem esetén a késedelem időtartama alatt érvényes Ptk. mértéke szerinti késedelmi kamat a késedelem időtartamára vetítve.

Meghiúsulási kötbér a szerződés nettó ellenértékének 20 %-a, amennyiben az Eladónak felróható okból hiúsul meg a szerződés.

12. Kimentő ok (vis major)

A Vis majornak minősítendő minden olyan esemény, amely kívül esik a Eladó vagy a Vevő (a helyzettől függően) ellenőrzésén, és amely nem volt elkerülhető az érintett felek ésszerű körütekintése ellenére sem, és amelyek a következőket ölelik fel, de nem korlátozódnak ezekre:

- (a) háború, ellenségeskedés vagy harci műveletek (hadiállapot kihirdetésével, vagy anélkül) invázió, külső ellenséges cselekedet, polgárháború;
- (b) felkelés, forradalom, lázadás, zendülés, államhatalom polgári vagy katonai bitorlása, összeesküvés, zavargás, polgári felkelés, terrorista cselekmények;
- (c) sztrájk, szabotázs, munkások kizárása, embargó, importkorlátozás, áramszolgáltatás hiánya vagy korlátozása, járványok, karantén, pestis;
- (d) földrengés, földcsuszamlás, vulkáni tevékenység, tűz, árvíz, szökőár, tájfun vagy ciklon, hurrikán, vihar, villámcsapás, nukleáris és nyomáshullámok vagy egyéb természeti vagy fizikai katasztrófák;

14. Szerződéstől való elállás, szerződés felmondása, megszüntetése

A Vevő jogosult a szerződés azonnali hatállyal felmondani ha az Eladó nem a szerződésnek megfelelően teljesít.

- az Eladó fizetéseképtelenné vált, öncsődöt jelentett, illetve ellene csődöt jelentettek be, felszámolási eljárás folyik ellene

Rendes felmondásnak helye nincs. Szerződés a felek közös megegyezése alapján megszüntethető bármely időponttal, azonban a Felek tudomásul veszik, hogy a betegellátás folyamatosságának fenntartását szem előtt tartják.

A szerződés a teljesítéssel megszűnik.

Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

A szerződés fenti okok miatti felmondás esetén az Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

Vevő a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult, ha felügyeleti szervének döntése vagy jogszabályi rendelkezés alapján sorra kerülő működési szervezetének átalakítására tekintettel a szerződés teljesítése lényeges, jogos gazdasági érdekét sértené, vagy lehetetlenné tenné.

Vevő a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult, ha felügyeleti szervének döntése vagy jogszabályi rendelkezés alapján sorra kerülő működési szervezetének átalakítására tekintettel a szerződés teljesítése lényeges, jogos gazdasági érdekét sértené, vagy lehetetlenné tenné.

15. Vitás kérdések rendezése

A szerződés teljesítéséből eredő bármilyen vitás kérdés rendezését a felek tárgyalás útján kísérlik meg.

Ennek 30 napon túli eredménytelensége esetén felek kikötik a PKKB kizárólagos illetékességét.

16. Záró rendelkezések

Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., Kbt. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződés módosítása, kiegészítése csak írásban érvényes.

Jelen szerződés 3 oldalas, egymással megegyező 6 eredeti példányban készült magyar nyelven, melyből 3 pld Vevőt, 3 pld Eladót illeti meg.

Jelen szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Kelt,.:Budapest, 2016.....

.....
Vevő

.....
Eladó

2.sz. melléklet

NYILATKOZAT kizáró okok vonatkozásában

Alulírott....., mint a(z) (székhely:.....), mint ajánlattevő (Közös Ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlatot tevőnek külön-külön be kell nyújtania.) cégjegyzésre jogosult képviselője

nyilatkozom

arról, hogy az alábbi Kbt. 62. § és 63. § szerinti kizáró okok nem állnak fenn, sem az ajánlattevő, sem az alvállalkozó, sem az alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő vonatkozásában.

Kelt, dátum

.....
cégszerű aláírás

AMENNYIBEN SZERVEZETÜK OLYAN TÁRSASÁGNAK MINŐSÜL, MELYET NEM JEGYZIK SZABÁLYOZOTT TŐZSDÉN ÉS VAN TÉNYLEGES TULAJDONOS,
AKKOR A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 2007. ÉVI CXXXVI. TÖRVÉNY (A TOVÁBBIAKBAN: PÉNZMOSÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY) 3. § R) PONTJA SZERINT DEFINIÁLT VALAMENNYI TÉNYLEGES TULAJDONOS¹ NEVÉRŐL ÉS ÁLLANDÓ LAKÓHELYÉRŐL AZ ALÁBBI NYILATKOZAT CSATOLANDÓ:

NYILATKOZAT
Tényleges tulajdonos(ok) adatairól

Alulírott....., mint a(z) (székhely:.....), mint ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, mivel szervezetünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, az alábbiak szerint

nyilatkozom,

a pénzmosság és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról:

- Tulajdonos neve és állandó lakóhelye (1):
- Tulajdonos neve és állandó lakóhelye (2):
- Tulajdonos neve és állandó lakóhelye (3):
- Tulajdonos neve és állandó lakóhelye (..):

Kelt, dátum

.....
cégszerű aláírás

¹Tényleges tulajdonos fogalmát az ajánlatkérési dokumentációl. fejezet (Értelmező rendelkezések) 17. alpontja tartalmazza.

Bedri

2

AMENNYIBEN SZERVEZETÜK OLYAN TÁRSASÁGNAK MINŐSÜL, MELYET NEM JEGYZIK SZABÁLYOZOTT TŐZSDÉN ÉS A PÉNZMOSÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY 3. § R) PONTJA SZERINTI TÉNYLEGES TULAJDONOS NINCSEN, ÚGY AZ ALÁBBI NYILATKOZAT CSATOLANDÓ:

NYILATKOZAT
Tényleges tulajdonos(ok) nemlétéről

Alulírott....., mint a(z) (székhely:.....), mint ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, mivel szervezetünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén

nyilatkozom,

hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen.

Kelt, dátum

.....

cégszerű aláírás

NYILATKOZAT
bankszámlák tekintetében

Alulírott....., mint a(z) (székhely:.....), mint ajánlattevő (Közös Ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlatot tevőnek külön-külön be kell nyújtania.) cégjegyzésre jogosult képviselője

nyilatkozom

hogy az általam vezetett gazdasági társaság az alábbi bankszámlákkal rendelkezik/rendelkezett a vizsgált időszakban:

.....

.....

.....

A felsorolt pénzügyi számlákon kívül több pénzügyi számlát nem vezetünk.

Kelt, dátum

.....
cégszerű aláírás

NYILATKOZAT
elektronikus adathordozóról

Alulírott....., mint a(z) (székhely:.....), mint ajánlattevő (Közös Ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlatot tevőnek külön-külön be kell nyújtania.) cégjegyzésre jogosult képviselője

nyilatkozom,

hogy az elektronikus adathordozón .pdf formában becsatolt ajánlat tartalma megegyezik az ajánlat papíralapon benyújtott eredeti példányával.

Kelt, dátum

.....
cégszerű aláírás

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére vonatkozóan

Alulírott,.....mint a(z) (név, székhely) ajánlattevő jelen eljárásban nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra jogosult képviselője — az eljárást megindító felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás és kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően – a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásra a szerződés megkötésére és teljesítésére vonatkozó valamennyi feltételt megismertük, megértettük, azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést az eljárást megindító felhívásban foglalt szerződéses feltételeknek megfelelően teljesítjük.

Ennek megfelelően a szerződést — amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk — az ajánlati felolvasó lapon szereplő ajánlati áron teljesítjük.

A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattevő a *Kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény* alapján (megfelelő rész aláhúzendó)

- mikrovállalkozásnak minősül.
- kisvállalkozásnak minősül.
- középvállalkozásnak minősül.
- nem tartozik a törvény hatálya alá

Kelt, dátum

.....
Cégszerű aláírás

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt.66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében

Alulírott..... mint
az).....
(székhely:.....) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője – az eljárást megindító felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontban foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z)..... mint Ajánlattevő/Közös Ajánlattevő

1. Az alábbi – a közbeszerzés részét képező – tevékenységekre vonatkozóan kíván szerződést kötni harmadik személlyel (alvállalkozóval):

	Tevékenység megnevezése#
1.	
2.	
...	

Az itt megjelölt tevékenységek magukba foglalják a 2. pontban megjelölt közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók által elvégzendő tevékenységeket is.

vagy

nem kíván a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni.

2. Az alábbi céget, mint az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót kívánjuk igénybe venni#

	Közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó megnevezése, székhelye#	Igénybevételhez kapcsolódó tevékenység megnevezése
1.		
2.		

vagy

nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

cégszerű aláírás

.....

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában

Alulírott..... mint a(z).....
(székhely:.....) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője# – az eljárást megindító felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után# ezennel megjelölöm az alábbi céget, amely szervezet kapacitására támaszkodva kívánunk megfelelni ajánlatkérő által előírt alkalmassági minimumkövetelmény(ek)nek:

	Az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet megnevezése, székhelye#	Az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontja, és az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a szervezetet igénybe vesszük	
1.			
2.			
...			

vagy

kijelentem, hogy társaságunk nem vesz igénybe az alkalmasság igazolására más szervezetet (kapacitást nyújtót).

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

cégszerű aláírás

.....

**Csak abban az esetben töltendő ki, ha Ajánlattevő az alkalmasság igazolására támaszkodik más szervezet kapacitására!*

NYILATKOZAT

Alulírott....., mint a(z) (székhely:.....), mint **erőforrást biztosító szervezet** cégjegyzésre jogosult képviselője

nyilatkozom,

hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak.

Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattevő fizetéseképtelensége esetére kezességet vállalunk az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, mely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és mely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.

Kelt, dátum

.....
cégszerű aláírás

**Csak abban az esetben töltendő ki, ha Ajánlattevő az alkalmasság igazolására támaszkodik más szervezet kapacitására!*

NYILATKOZAT

a referenciákról

Alulírott, mint a(z).....(székhely.....)
ajánlattevő jelen eljárásban nyilatkozattételre és kötelezettség vállalásra jogosult képviselője
kijelentem, hogy a.....években szerződésszerűen teljesített
szállítására, vagy bérbeadására vonatkozó legjelentősebb referenciáink az alábbiak voltak:

Teljesítés időpontja (kezdési és befejezési határidő, év, hó,nap)	Szerződést kötő másik fél megnevezése, címe	Szállítás tárgya	Az ellenszolgál- tatás nettó összege	A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e	Ha a teljesítést konzorciumban végezte, a teljesítés aránya (%)

Kelt, dátum

.....
cégszerű aláírás

Felolvasólap

1.) **Ajánlatkérő:** Országos Sportegészségügyi Intézet (1123 . Budapest, Alkotás u. 48.)

2.) **Az eljárás tárgya:** Orvosi eszközök beszerzése/2016.

3.) Ajánlattevő:

Név:

Székhelye:

Levelezési cím:

Cégjegyzékszám:.....

Adószám:.....

Képviselő:

Telefon:..... Fax:

E-mail:.....

Ajánlat:

- I. rész: Szemészeti eszköz: nettó,- Ft
- II. rész: 12 elvezetési EKG: nettó ..., -Ft/db, összesen nettó,- Ft
- III. rész: Spinal Mouse : nettóFt
- IV. rész: Csukló sebészeti Optika, Forgatható staf, Obturator tompa : nettó,- Ft
- V. rész: Eliptikus tréner: nettó,- Ft
- VI. rész: félautomata defibrillátor: nettó Ft
- VII. rész: Spirométer dózisadagoló gyógyszerporlasztóval: nettó,- Ft
- VIII. rész: sürgősségi táska: nettó,-Ft
- IX. rész: Szobakerékpár: nettó,- Ft/db, összesen nettó,- Ft
- X. rész: Terhelési EKG: nettóFt
- XI. rész: lépcsőzőgép: nettóFt

Kelt:

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

2. sz. melléklet

Ajánlattételi táblázatok
(adott részre kitöltve csatolandó az ajánlatban)

I. rész:

1 db AUTOMATA REFRAKTO-KERATOMÉTER

Elvárt minimum paraméterek, funkciók	
Részegység, jellemző megnevezése	Ajánlott paraméter
Folyamatos cornea görbület és refrakció mérés	
REF mód	
KER mód	
CLBC mód	
Refraktometria	
Szférikus mérési tartomány min. -25D-től +22D-ig	
Cilindrikus mérési tartomány min. -10D-től, +10 D-ig	
Tengely 0° ~ 180°-ig	
PD mérési tartomány min. 10 mm-75 mm-ig	
Minimális pupilla átmérő 2mm	
Keratometria	
Bázisgörbület min. 5,0mm-től 10,2 mm-ig	
Cornea törőerő min. 33,00D- től 67,50D-ig	
Cornea asztigmia min. 0,00D- től -15,00 D-ig	
Tengely 0° ~ 180°-ig	
Egyéb	
Cornea átmérő mérése min. 2 mm-től 12 mm-ig	
Legalább 5 mérési eredmény tárolása	
Beépített nyomtató	
Könnyen kezelhető	
Álltámasz	

II. rész:

3 db 12 elvezetéses EKG

Kért darabszám:	3 db
Az ajánlott készülék típusa:	
A gyártó megnevezése:	

Minimum paraméter megnevezése	Elvárás	Ajánlott paraméter megnevezése
12 standard elvezetés szimultán mérése	Igen	
Hordozható / mobil kivitel	Igen	
EKG készülék súlya max. 1,3 kg	Igen, kérjük megadni	
Hálózati és akkumulátoros működés, intelligens gyorstöltő	Igen	
Akkumulátorról történő folyamatos működési idő, monitorozás üzemmódban min. 6 óra	Igen, kérjük megadni	
Hálózatról történő működtetés lemerült akkumulátor esetén is	Igen	
Beépített hőírós nyomtató	Igen	
Egyidejűleg nyomtatható csatornák száma min. 3 csatorna	Igen, kérjük megadni	
Nyomtató papír szélessége min. 80 mm	Igen, kérjük megadni	
A4 formátumú nyomtatás lehetősége PC-n keresztül	Igen	
3 csatorna egyidejű monitorozására alkalmas LCD monitor	Igen	
3 csatorna + 1 ritmusgörbe egyidejű monitorozására alkalmas LCD monitor	Igen	
Automatikus és manuális elvezetés váltás	Igen	
Beépített belső memória, min. 20 diagnosztizált EKG görbe tárolása alkalmas	Igen, kérjük megadni	
Számítógéphez való csatlakozás lehetősége 12 csatornás online monitorozással	Igen	

Korlátlan számú EKG felvétel tárolása PC-n	Igen	
Innibase szoftverrel kommunikáljon	Igen	
Menüvezérelt kezelés	Igen	
Beépített óra és naptár	Igen	
Diagnózis program	Igen	
Ritmusanalízis eseményre triggerelt nyomtatással	Igen	
Tartozékok készülékenként		
Defibrillátor védett páciens kábel, pulsz tartozékkészlet1 garnitúra: 1 db pácienskábel 6 db mellkasi szívó-, 4 db végtagi csipeszes elektróda	Igen	Igen. Defibrillátor védett páciens kábel és tartozékkészlet: 1 db pácienskábel, 6 db mellkasi szívó-, 4 db végtagi csipeszes elektróda.
EKG gél, 1 tubus	Igen	Igen. EKG gél 1 tubus (260g)
Hőpapír, 2 db	Igen	Igen. Hőírópapír 2 db
EKG hordtáska (amiben a készüléken kívül a tartozékok is elférnek)	Igen	Igen. EKG hordtáska (amiben a készüléken kívül a tartozékok is elférnek)
PC-s program (korlátlan számú EKG tárolására és adatbázis-kezelésre alkalmas) a szükséges tartozékokkal	Igen	Igen. PC-s program (korlátlan számú EKG tárolására és adatbázis kezelésre alkalmas) a szükséges tartozékokkal.

III.rész:1 db Spinal Mouse

Kért darabszám:	1 db
Az ajánlott készülék típusa:	
A gyártó megnevezése:	

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
A készülék méri: a háti és ágyéki gerincgörbületeket, gerincferdülést	Igen	
A készülék méri: a két csigolya közti szegmentális szögeket és a változásokat (ROM – Range of Motion)	Igen	
A készülék méri: a törzsdőlést és a keresztcsont vagy medencebillenést is	Igen	
A mérések lényegi része, hogy nemcsak statikus, álló pozícióban végezhetőek el, de funkcionális (előre-, hátradőlés) és terhelt helyzetben (Matthias teszt súlykitartással) is készíthetők mérések	Igen	
Sugárterhelést nélküli méréssel kapunk adatokat a gerincről	Igen	
A mérés menete: hogy a kézbe fogható “egérre hasonlító” mérőműszer kilógó görgőit (2db görgő) a páciens hátán a nyak aljától elkezdve végiggurítja a gerincen egészen a keresztcsont aljáig	Igen	
A mérőműszer Bluetooth kapcsolattal kommunikál és adja át az adatokat a PC-nek	Igen	
Főbb elemek, mérőműszer, dokkoló, Bluetooth adapter	Igen, Kérjük megadni	
Használhatóság: +10°C és +40°C között	Igen, Kérjük megadni	
Mérőműszer adatai:		
Mérete: max 145x110x52 mm	Igen, Kérjük megadni	
Súlyja elemmel: max.220g	Igen, Kérjük megadni	
Adatgyűjtés: 2 adat pont/mm, min: 400 minta 0,2 m/sec sebességnél	Igen, Kérjük megadni	
Az érzékelők szögfelbontás érzékenysége max. ±0.2 fok	Igen, Kérjük megadni	
Áram ellátás: 2db AA elem vagy akkumulátor	Igen	

IV. rész:**1 db Csukló sebészeti Optika, Forgatható staf, Obturator tompa**

Kért darabszám:	1 db
Az ajánlott készülék típusa:	
A gyártó megnevezése:	

Minimum paraméter megnevezése	Elvárás	Ajánlott paraméter megnevezése
30° -os Hopkins típusú optika	Igen	
Optika átmérője max.: 2,5mm	Igen, kérjük megadni	
Optika hossza max.: 10,5cm	Igen, kérjük megadni	
Optika többszörhasználatos autoklávozható	Igen	
Storz üvegszálas csatlakozóval kompatibilis az optika	Igen	
A forgatható 2 csapos staf , kompatibilis az optikával és a obturátorral	Igen,	
Forgatható staf átmérője max 4,2mm	Igen, kérjük megadni	
Forgatható staf munkahossza 7,5cm	Igen	
Obturator tompa végű	Igen	

V. rész**1 db Elliptikus tréner**

Kért darabszám:	1 db
Az ajánlott készülék típusa:	
A gyártó megnevezése:	

Minimum paraméter megnevezése	Elvárás	Ajánlott paraméter megnevezése
Kézi vezérléssel állítható ellenállás	Igen	
Háttérvilágítással rendelkező kijelző	Igen	
Edzéshez beállítható cél értékek	Igen	
Pulzusmérés kézi pulzusvevő	Igen	
Fékrendszer mágneses	Igen, kérjük megadni	
Lendkerék tömege max. 12kg	Igen, kérjük megadni	
Méret max.: 138x71x168cm	Igen, kérjük megadni	
Terhelőség min. 110kg	Igen, kérjük megadni	

VI. rész

2 db félautomata defibrillátor

Kért darabszám:	2 db
Az ajánlott készülék típusa:	
A gyártó megnevezése:	

Minimum paraméter megnevezése	Elvárás	Ajánlott paraméter megnevezése
AED félautomata mód	Igen,	
Bifázisos működés	Igen	
Energia szint min. 200J	Igen, kérjük megadni	
Két sokkolás közötti töltési idő max 23mp	Igen, kérjük megadni	
Automatikus napi teszt	Igen	
Magyar nyelvű hangutasítások	Igen	
Akkumulátoros működés minimum 200 sokk vagy 4 óra üzemidővel	Igen, kérjük megadni	
Beépített IrDA port az adatkommunikációhoz	Igen,	
Alaptartozékok: hordáska, 1pár felnőtt elektróda, 1db akkumulátor, 1db magyar nyelvű használati utasítás	Igen, kérjük megadni	
Súly max. 2,5kg	Igen, kérjük megadni	

VII. rész

1 db Spirométer dózisadagoló gyógyszerporlasztóval

Kért darabszám:	1 db
Az ajánlott készülék típusa:	
A gyártó megnevezése:	

Minimum paraméter megnevezése	Elvárás	Ajánlott paraméter megnevezése
Spirométer		
PC alapú spirométer, mozgó alkatrészt nem tartalmaz, a légzési térfogatok és sebességek meghatározása.	Igen	
Mérési szolgáltatások: - Forszírozott ki- és belégzés mérése - Statikus vitálkapacitás mérése - Maximális akaratlagos légzés mérése	Igen, kérjük megadni	
Referenciaérték számító algoritmusok: - ECCS, Cotton & Dust, Crapo HSU, Knudson, Finn, Svéd	Igen, kérjük megadni	
Paciens adatok és mérési eredmények tárolása	Igen	
Trendanalízis	Igen	
Szabadon definiálható nyomtatott lelet	Igen	
Áramlásmérő: - Mozgó alkatrészt nem tartalmaz - Fűtést nem igényel - Párasodásra érzéketlen - Áramlásmérés tartománya min ± 17 l/s - Áramlásmérés pontossága ± 2 % vagy 50 ml/s - Holttér 36 ml	Igen, kérjük megadni	
Térfogatmérés pontossága ± 2 % vagy 50 ml	Igen, kérjük megadni	

A spirométer USB porton keresztül kapcsolódik a PC-hez, külső tápfeszültséget nem igényel	Igen, kérjük megadni	
Mérési üzemmódok, számított paraméterek és megjelenített grafikonok: -FVC, FEV*0,5, FEV*1,0, FEV*0,5/IVC, FEV*0,5/FVC, FEV*1,0/IVC, FEV*1,0/FVC, PEF, FEF*25-75%, PIF, MEF*75%, FET, MTT, FIVC, FIV*0,5, - IVC, IRV, ERV, TV, SVC - MVV, MVV*f	Igen, kérjük megadni	
Dózisadagoló gyógyszerporlasztó		
A dózisadagoló gyógyszerporlasztó PC-bázisú spirométerrel rendszerbe integrálható	Igen	
A dózisadagoló gyógyszerporlasztó diagnosztikai célja: a belélegzett hatóanyag függvényében a légzésfunkciós paraméterek változásának követése	Igen	
Porlasztási eljárás: - Szűk részecske spektrumú mechanikus porlasztás, beépített kompresszorral	Igen	
Légzésfázis vezérelt porlasztás, tehát porlasztás csak belégzéskor történik, kilégzéskor szünetel	Igen	
Provokáció és broncholízis teljes támogatása	Igen	
Konstans koncentrációjú és hígítási sorral történő méréssorozat teljes támogatása	Igen	
A hatóanyag kritikus mennyiségének belégzése után további porlasztás nem lehetséges	Igen	

A kilégzés baktérium- és vírusszűrőn keresztül illetve gyűjtőzsákba történik, így a környezetbe hatóanyag nem kerülhet ki	Igen	
Porlasztási teljesítmény és részecske méret: - 0,12 mg/perc @ 1,2 mikron 90% - 0,35 mg/perc @ 3,5 mikron 90%	Igen, kérjük megadni	
Beépített kompresszor, min 8 l/s hozam 2,5 bar nyomás mellett	Igen, kérjük megadni	
A dózisdagoló gyógyszerporlasztó méretei (páciens körnélkül): max Magasság: 115mm Szélesség: 170mm Mélység: 260mm	Igen, kérjük megadni	
Tápfeszültség, 230 VAC 50 Hz	Igen	

VIII. rész

1 db sürgősségi táska

Kért darabszám:	1 db
Az ajánlott készülék típusa:	
A gyártó megnevezése:	

Minimum paraméter megnevezése	Elvárás	Ajánlott paraméter megnevezése
Olyan sürgősségi hátizsák mely tartalmazza az alábbi termékeket: 1db 2 literes oxigén palack + reduktor 1db kézi váladékszívó 1db szájterpesztő 1db szilikon lélegeztető ballon + 2db száj maszk felnőtt és gyermek méretben 1db nyelvfogó 1db olló sebészeti, 1db kötszervágó olló 1db magill fogó 1db oxigén maszk összekötőcsővel 1db Laringoszkóp plastic készlet min 3 lapoccal 1db Pupilla lámpa 1db Pulzoxyméter újra csíptethető 3db leszívó katéter 3db trachea tubus 3db guedel tubus 1db nyak rögzítő 1db Spint törésrögzítő 1db órás vérnyomásmérő 1 csom fa nyelvlapoc 1db fertőtlenítő spray	Igen kérjük megadni	

IX. rész

2 db Szobakerékpár

Kért darabszám:	2 db
Az ajánlott készülék típusa:	
A gyártó megnevezése:	

Minimum paraméter megnevezése	Elvárás	Ajánlott paraméter megnevezése
Férendszer mágneses (motor-vezérelt)	Igen,	
Hajtásrendszer bordás szíjjal	Igen,	
Lendkerék max. 10 kg	Igen, kérjük megadni	
Max. súly terhelés min. 118kg	Igen, kérjük megadni	
Tápegység 230V-ra csatlakoztatható	Igen,	
Méret max 100x70x160cm	Igen, kérjük megadni	
Edzés vezérlés rpm függő	Igen,	
Edzési tartomány 1-16 (számítógép vezérelt)	Igen, kérjük megadni	

X.rész:**1 db Terheléses EKG rendszer kerékpárral**

Kért darabszám:	1 db
Az ajánlott készülék típusa:	
A gyártó megnevezése:	

Minimum paraméter megnevezése	Elvárás	Ajánlott paraméter megnevezése
EKG monitorozás 12 csatornán, illetve szabadon választható elvezetés kombinációban. 8,16 vagy 32 másodperces EKG görbeszakaszok tárolása.	Igen	
EKG vonalzó: mérés manuálisan markerek segítségével. Interpretáció, automatikus paraméterszámítás, diagnózisjavaslat.	Igen	
Régi és új eltárolt EKG felvételek összehasonlítása	Igen	
Illeszkedés kórházi/orvosi adatbázis kezelő rendszerekhez, páciens adatok automatikus átvétele, EKG leletek átadása	Igen	
A programba beépített lehetőség EKG felvételek email-ben történő küldésére és fogadására	Igen	
Hosszú idejű nyugalmi EKG felvételek tárolása. A hosszú idejű felvételek HRV analízise	Igen	
Terheléses számítógépes szoftver	Igen	
Kerékpár ergométer	Igen	
Kerékpár ergométer Műszaki specifikáció		
ellenállás: Min 30-400watt-ig szabályozható	Igen, kérjük megadni	
Lendkerék: min 7,8 kg	Igen, kérjük megadni	

Fékkrendszer: elektromágneses indukciós fék	Igen,	
PC csatlakozó - USB	Igen,	
LCD-kijelző izzadságálló fólia billentyűzettel	Igen	
Teherbírása: min 145 Kg	Igen, kérjük megadni	
EKG Műszaki specifikáció		
Páciensvédelem: Lebegő föld (IEC-601, BF típusú)		
Érintésvédelem: Class II.		
Defibrillátor elleni védelem: 5 kV (max.1kV/microsec)		
Felbontás: 24 bites A/D		
Mintavétel: 4000/s csatornánként		
Bemeneti ellenállás: 10 Mohm		
CMRR: > 120 dB		
Szűrők: 150 Hz low pass (hardver, állandó), 50, 100, 200 Hz (szoftver, kapcsolható), 60, 120 Hz (szoftver, kapcsolható), 35 Hz (szoftver izomzaj szűrő, kapcsolható) Nullvonal ingadozás „spline” szoftver szűrő terheléshez(kapcsolható)		
Linearitási hiba: < 0.5 %, < 1/2 LSB		
CPU 32 bites RISC processzor		
Polarizációs feszültség: 400 mV		
Tápellátás +5 V - 100 mA, USB porton keresztül		
Pácienskábel: Standard 10 elvezetéses		
Interfész USB port		

XI.rész 1 db lépcsőzőgép

Kért darabszám:	1 db
Az ajánlott készülék típusa:	
A gyártó megnevezése:	

Minimum paraméter megnevezése	Elvárás	Ajánlott paraméter megnevezése
Kis helyet foglal és bárki könnyen tudja használni	Igen,	
Az ellenállás egyénileg állítható a hidraulikus teleszkópok segítségével.	Igen	
Edzőeszköz a szív- és érrendszer fejlesztéséhez, illetve az ülő- és lábizmok edzéséhez	Igen	
Edzőkomputere min 5 funkcióval és célérték beállításokkal van feltöltve	Igen, kérjük megadni	
Méret (H x Sz x M cm-ben): max 100 x 90 x 170	Igen	
Terhelhetőség: min: 105kg	Igen, kérjük megadni	

Kelt:

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)