



ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

Kissné Velekei Mária, gazdasági főigazgató helyettes

1113 Budapest, Karolina út 27.

Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39.

Tel.: (1) 488-6106 E-mail: gazdig@osei.hu



Tárgy: "Orvosi eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Ajánlattevők!

A tárgyi közbeszerzési eljárásban az alábbi kiegészítő tájékoztatást adjuk a törvényes határidőn belül a beérkezett Ajánlattevői kérdésekre :

1. kérdés

Az eljárást megindító felhívás 2. oldalán a 15. rész elnevezése a következőképpen van megadva: „**hőbefűvások lábmelegítő 1 db**”

Az eljárást megindító felhívás 18. oldalán „Az alkalmasság minimumkövetelményei” bekezdés alatt a 15. rész esetében „**hőbefűvások lábmelegítő**” értékesítéséből származó árbevételről kérnek referenciát.

Az eljárást megindító felhívás 34. oldalán a 15. rész megnevezése a következőképpen van megadva: „**Hőbefűvások betegmelegítő**”

Kérjük, szíveskedjenek a 2. oldalon és a 18. oldalon az elnevezést a műszaki specifikációval összhangba hozni: „**Hőbefűvások betegmelegítő**”.

Válasz: A hőbefűvások betegmelegítő és a hőbefűvások lábmelegítő alatt ugyanazt értjük. Az elnevezéstől függetlenül a műszaki specifikáció tartalmának kell megfelelnie a megajánlott eszköznek. A tökéletesen helyes megnevezés természetesen a „**Hőbefűvások betegmelegítő**”.

2. kérdés

Az eljárást megindító felhívás 35. oldalán a 15. rész (Hőbefűvások betegmelegítő) Előírt paraméterek között a következő szerepel: „Maximális felületi hőmérséklet: Minimum követelmény: 44,5 °C”.

Véleményünk szerint hőbefűvások betegmelegítők esetén nem értelmezhető felületi hőmérséklet. Ezeknél a készülékeknél a gyártók a berendezés által fűvott levegő hőmérsékletét adják meg. Ez a hőmérséklet –összhangban az orvos-szakmai igényekkel– egy bizonyos tartományban beállítható. Ez a tartomány tipikusan 32°C – 43°C szokott lenni.

Kérjük a specifikációt eszerint módosítani.

Válasz: Véleményünk szerint a Maximális felületi hőmérséklet 44,5 °C értelmezhető, mivel a befűvott levegő egy idő után a hőmérséklet kiegyenlítés révén átadja a szükséges hőmennyiséget és a cél érték így már értelmezhető, így a kiíráson nem változtat az Ajánlatkérő.

3. kérdés:

Az eljárást megindító felhívás 35. oldalán a 15. rész (Hőbefűvások betegmelegítő) Előírt paraméterek között a következő szerepel: „Melegítő takarók: min. 200 db”.

Jól értjük-e hogy a betegmelegítővel együtt meg kell ajánlani 200 db melegítő takarót, és a felolvasólapon a betegmelegítő árának és a 200 db takaró ajánlati árának összegét kell megadni?

Válasz: Igen, jól értik. A betegmelegítővel együtt meg kell ajánlani a 200 db egyszer használatos takarót, mivel ezek nélkül a készülék nem használható.

Kelt.: Budapest, 2018. március 28.



Kissné Velekei Mária
gazdasági főigazgató helyettes
Országos Sportegészségügyi Intézet, mint Ajánlatkérő